

INSPECTION CERTIFICATE

検査成績表

Model :
型式 ZTA-50NSerial No. :
製造番号 371169Capacity :
容量 50N × 0.01NAccuracy
精度 ± 0.2 % OF FULL SCALE ± 1 digitConditions :
測定環境 (Temperature : 23 °C Humidity : 39 %) 引張
温度 湿度Date of inspection :
検査年月日 2016/11/28 Tested by :
検査 大木 章睦

Ref. standard 標準	Reading 実測値	Ref. standard 標準	Reading 実測値	Ref. standard 標準	Reading 実測値
0.00	0.00	35.00	34.98		
5.00	5.00	40.00	39.98		
10.00	9.99	45.00	44.98		
15.00	14.99	50.00	49.98		
20.00	19.99				
25.00	24.99				
30.00	29.98				

We certify that this instrument has been tested according to company procedure.

本製品は、当社社内規格に基づき諸検査を行いました。



Fail
不合格

